




- Nasenabstrich
- Nur für professionelle Anwendung
- BfArM zugelassen
- CE zertifiziert
- Sensitivität: 93,21%
- Spezifität: 99,29%
- Testergebnis in ca. 10-15 Minuten

## Verwendungszweck

Die Antigen-Testkassette wird zum schnellen, qualitativen Nachweis des Nucleocapsid-Proteinantigens aus SARS-CoV-2 in menschlichen Oropharyngealabstrichen oder Nasopharyngealabstrichen in vitro verwendet. Die Ergebnisse dienen zur Identifizierung des SARS-CoV-2-Nucleocapsidproteinantigens.

## Probenvorbereitung und Prüfverfahren



## Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	VPE	Karton
Norman Test	1	575

## Packungsinhalt

- 1 x Testkassette
- 1 x Extraktionsröhrchen
- 1 x Extraktionspuffer
- 1 x Abstrichtupfer
- 1 x Gebrauchsanleitung